



DEKLARACJA ZGODNOŚCI AKUMULATORA

Producent:

VERMEIREN GROUP
Numer SRN: BE-MF-000019750

Adres:

Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgia

oświadcza ponosząc wyłączną odpowiedzialność w związku z następującymi wyrobami medycznymi z oznaczeniem CE:

Grupa produktów:	Wózki inwalidzkie elektryczne		
Marka:	VERMEIREN		
Typ:	Verso	Plego	Plego Carbon
Kod Basic UDI-DI:	5415174VersoG7	5415174PlegoCH	5415174PlegoCarbonNS

Akumulatory używane w naszych wózkach inwalidzkich Verso i Plego są akumulatorami litowymi (24V/12,8 Ah i 24V/17,5 Ah), zaprojektowanymi do użycia w wózkach inwalidzkich i sprzęcie wspomagającym chodzenie. Spełniają wymogi każdego z testów z Podręcznika badań i kryteriów ONZ, część III, rozdział 38.3, zgodnie z wytycznymi IATA w sprawie Transportu Wózków Inwalidzkich i Sprzętu Wspomagającego Chodzenie przez Pasażera.

Akumulator(y) litowe muszą pozostać w sprzęcie wspomagającym chodzenie i należy je wyłączyć przed załadowaniem do transportu lotniczego zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu wspomagającego chodzenie.

Ponadto:

Do przewozu napędzanego akumulatorem sprzętu wspomagającego chodzenie używanego przez pasażera potrzebna jest zgoda linii lotniczej. Przynajmniej 48 godzin przed podróżą lub w momencie rezerwacji użytkownik sprzętu wspomagającego chodzenie, agent turystyczny, organizator wycieczki lub inna niezależna strona zajmująca się rezerwacją powinni zwrócić się do linii lotniczej o zgodę na przewóz napędzanego akumulatorem sprzętu wspomagającego chodzenie.

Miasto, Data: Kalmthout, 2026-04-24

Podpis:

Imię: Patrick Vermeiren
Funkcja: CEO

VERMEIREN GROUP

Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout – Belgia
Tel.: +32 3 620 20 20
VAT BE 0887.199.216 - RPR Antwerpia
www.vermeiren.com | info@vermeiren.com

VERMEIREN
we care for you

Certyfikowana ISO 13485